

Ungepuderte Latex - Untersuchungshandschuhe

Hersteller/Vertrieb	Handschuh	Wasserlösliche Proteine EN455-3 (µg/g Handschuh)				Zugesetzte Akzeleratoren nach Herstellerangaben		
		Lot No.	Meßdatum	modifizierte Lowry-Methode	Aminosäureanalyse HPLC	Thiurame	Dithio-carbamate	Mercaptoben zothiazole
AMPri	Med Comfort	2900197	07.08.2009	12,3	14,7	nein	ja	ja
AMPri	Polymer Plus	2900198	07.08.2009	11,5	10,6	nein	ja	ja
AMPri	Premium Soft weiß	Muster	21.10.2010	29,1	23,1	nein	ja	ja
AMPri	Eco Plus	E1000962	08.02.2011	10,9	23,0	nein	ja	ja
AMPri	Med Comfort Aloe Gel	129019	07.08.2009	12,3	12,8	nein	ja	ja
AMPri	Blue Comfort	10060510	15.12.2010	15,4	20,2	nein	ja	ja
AMPri	Basic Plus	E1001564/JL270/1210	14.04.2011	<10	<10	nein	ja	ja
Ansell Healthcare Europe NV	Micro-Touch® Coated	10090113EP	02.05.2011	<10	<10	nein	ja	nein
Ansell Healthcare Europe NV	Micro-Touch® HyGrip	10080043HH	02.05.2011	<10	10,3	nein	ja	ja
Ansell Healthcare Europe NV	Micro-Touch® HydraCare	1007906728	02.05.2011	<10	<10	nein	ja	ja
Ansell Healthcare Europe NV	Micro-Touch® PREMIUM	912265721	06.,04.2010	<10	<10	nein	ja	nein
Ansell Healthcare Europe NV	Micro-Touch® Sterile	10090043B	02.05.2011	29,4	20,4	nein	ja	ja
ASID BONZ	ProLine® NULF 30 unsteril	9031825L1	12.05.2009	23,0	13,1	nein	ja	nein
Budev B.V.	Cleantexx	10062408	16.08.2010	<10	<10	nein	ja	nein
Franz Mensch GmbH	Latexhandschuhe SENSE	702791436421	07.04.2011	15,6	11,6	nein	ja	nein
Lohmann &Rauscher	Sempercure Edition Latex puderfree LF	062009 9001 0005F	19.08.2009	10,1	<10	nein	ja	ja
Mölnlycke Health Care GmbH	Biogel Diagnostic	11D805	06.07.2011	10,1	<10	nein	ja	nein
NOBA	Nobaglove® Steril	117763	11.04.2011	21,1	<10	nein	ja	nein
Paul Hartmann AG	Peha-soft satin pf	937709007	24.03.2010	13,8	13,5	nein	ja	nein
Paul Hartmann AG	Peha-soft powder free, non sterile	943609001	24.03.2010	10,7	15,7	nein	ja	nein
Paul Hartmann AG	Peha-soft powder free, sterile	938009007	24.03.2010	10,5	10,0	nein	ja	nein
Peppler	Sensitive Touch LG	02070119	14.02.2012	21,1	22,4	nein	ja	nein
Peppler	Sensitive Touch	01157702	14.02.2012	<10	13,7	nein	ja	nein
Peppler	Sensitive Gel	1031010327	14.02.2012	16,5	18,5	nein	ja	nein
Peppler	Sensitive Soft	RH235A03	14.02.2012	10,2	<10	nein	ja	nein
Peppler	Sensitive White Plus	02051217	14.02.2012	16,3	16,4	nein	ja	nein
Peppler	Sensitive Aloe Vera	GYXH210079-2	14.02.2012	<10	10,6	nein	ja	nein
Rösner-Mautby Meditrade	Gentle Skin® Anatom	146270711	13.02.2012	17,4	<10	nein	ja	nein
Rösner-Mautby Meditrade	Gentle Skin® steril	132910211	06.07.2011	<10	12,5	nein	ja	nein
Rösner-Mautby Meditrade	Gentle Skin® Sensitive	5020811	17.10.2011	<10	<10	nein	ja	nein
Rösner-Mautby Meditrade	Gentle Skin® Classic	5021011	13.02.2012	<10	<10	nein	ja	nein
Rösner-Mautby Meditrade	Gentle Skin® Classic x-long	5340611	13.02.2012	<10	<10	nein	ja	nein
Rösner-Mautby Meditrade	Gentle Skin® Compact	1110711	17.10.2011	13,4	10,4	nein	ja	nein
Rösner-Mautby Meditrade	Gentle TEC	5340611	13.02.2012	<10	<10	nein	ja	nein
Rösner-Mautby Meditrade	Gentle Skin® Aloecare	1070611	17.10.2011	16,3	10,6	nein	ja	nein
Semperit	Sempercure Edition Latex puderfree IC	062009 3001 0005T	19.08.2009	10,2	< 10	nein	ja	ja

Ungepuderte Latex - Untersuchungshandschuhe

Hersteller/Vertrieb	Handschuh	Wasserlösliche Proteine EN455-3 (µg/g Handschuh)				Zugesetzte Akzeleratoren nach Herstellerangaben		
		Lot No.	Meßdatum	modifizierte Lowry-Methode	Aminosäure-analyse HPLC	Thiurame	Dithio-carbamate	Mercaptoben-zothiazole
Supermax GmbH	Comfort Star-T texturiert	91020446	11.04.2011	<10	<10	nein	ja	nein
Supermax GmbH	Safety+Comfort puderfrei	490523436	11.04.2011	11,7	13,4	nein	ja	nein
Supermax GmbH	Aurelia® velocity weiß	62032246	11.04.2011	<10	<10	nein	ja	nein
Supermax GmbH	Aurelia® luminance weiß, texturiert	62023234	11.04.2011	10,5	12,6	nein	ja	nein
Supermax GmbH	Latex-Untersuchungshandschuh Qualität Griptex	S2022607	11.08.2011	14,9	15,0	nein	ja	nein
Supermax GmbH	Latex-Untersuchungshandschuh Qualität Distinct	91825116	11.08.2011	15,5	17,1	nein	ja	nein
Supermax GmbH	Latex-Untersuchungshandschuh Qualität Supermax	5115258737	11.08.2011	<10	10,0	nein	ja	nein
Supermax GmbH	Latex-Untersuchungshandschuh Qualität Refresh	91915212	11.08.2011	15,6	13,9	nein	ja	nein
WIBU	WIBU Latexhandschuh glatt	E1000581	15.11.2010	< 10	< 10	nein	ja	ja